



Pregão Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS <pregao@santamaria.rs.gov.br>

---

## PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 90050/2024 - Item 11

5 mensagens

---

**Zachari, Danilo** <Danilo.Zachari@gehealthcare.com>  
Para: "pregao@santamaria.rs.gov.br" <pregao@santamaria.rs.gov.br>  
Cc: "Marros, Daniele" <Daniele.Marros1@gehealthcare.com>

8 de agosto de 2024 às 16:22

Srº.(a) Pregoeiro (a) ou comissão de Licitação, boa tarde.

Segue anexo, o Pedido de Esclarecimento do PE 90050/2024 – Item 11.

Por favor, avisar recebimento.

Obrigado.



**Danilo Zachari**

Government Sales Administrative Assistant

GE HEALTHCARE

T 55 11 95663-5374

---

 **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - GE 34 (1).pdf**  
270K

---

**Pregão Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS** <pregao@santamaria.rs.gov.br> 8 de agosto de 2024 às 16:29  
Para: Compras SMS <smscompras23@gmail.com>, Almoxarifado da Saúde PMSM <almoxsm@hotmail.com>

Boa tarde.

Segue em anexo, questionamento referente ao PE 50/2024- aquisição de equipamentos médicos e material didático odontológico  
att,

Jane AM Walter  
Equipe de Apoio

Superintendência de Compras e Licitações  
Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS  
Contato: (55) 3174-1501

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - GE 34 (1).pdf**  
270K

---

**Setor de Compras SMS** <smscompras23@gmail.com>

12 de agosto de 2024 às 09:34

Para: Pregão Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS <pregao@santamaria.rs.gov.br>

Bom dia,

Segue TR ajustado, conforme questionamento referente ao PE 50/2024- aquisição de equipamentos médicos e material didático odontológico.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Setor de Compras SMS

(55) 3174-1578

[Av. Medianeira, 355 – CEP: 97060-001](#)

CNPJ: 88.488.366/0001-00

---

 **TR288\_2024.pdf**  
128K

---

**Setor de Compras SMS** <smscompras23@gmail.com>

12 de agosto de 2024 às 10:52

Para: Pregão Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS <pregao@santamaria.rs.gov.br>

Bom dia Jane,

Segue retorno da Dra. Gabrielly, sobre mantermos o prazo de entrega em 20 dias.

Atenciosamente,

Viviane Böck

----- Forwarded message -----

De: **PA Patronato Municipal** <papatronatosm@yahoo.com>

Date: sex., 9 de ago. de 2024 às 15:43

Subject: Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 90050/2024 - Item 11

To: Setor de Compras SMS <smscompras23@gmail.com>

Boa tarde, em resposta ao descritivo técnico, é possível reduzir o mínimo de canais para 128000; podemos também incluir a possibilidade de variação de 1MhZ para cima ou baixo. Quanto ao prazo de entrega, deve ser mantido o que está no descritivo e caso a empresa vencedora necessite poderá solicitar que seja concedido mais alguns dias.

Não podemos aceitar a mudança da tela, pois necessitamos de tela Touch screen visto a necessidade de um equipamento prático e ágil para situações de urgência e emergência;

Não podemos aceitar substituição da tecnologia da impressora visto que a video printer preto e branco é portátil para uso a beira de leito - foco do uso do equipamento na urgência e emergência-, além os insumos para manter o funcionamento são de menor valor e mais fácil aquisição.

Att.: Gabrielly da Silva Jesus  
Médica Diretora Clínica  
CRM/RS 50456

Em quinta-feira, 8 de agosto de 2024 16:37:26 GMT-3, Setor de Compras SMS <smscompras23@gmail.com> escreveu:

Boa tarde,

Por gentileza verificar quanto ao questionamento abaixo.

Atenciosamente,

Viviane Böck

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Setor de Compras SMS

(55) 3174-1578

Av. Medianeira, 355 – CEP: 97060-001

CNPJ: 88.488.366/0001-00

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Pregão Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS** <pregao@santamaria.rs.gov.br>

12 de agosto de 2024 às  
10:59

Para: "Zachari, Danilo" <Danilo.Zachari@gehealthcare.com>

Bom dia.

seu questionamento foi encaminhado para a equipe técnica e no qual respondeu da seguinte forma:

***"Boa tarde, em resposta ao descritivo técnico, é possível reduzir o mínimo de canais para 128000; podemos também incluir a possibilidade de variação de 1MhZ para cima ou baixo.***

***Quanto ao prazo de entrega, deve ser mantido o que está no descritivo e caso a empresa vencedora necessite poderá solicitar que seja concedido mais alguns dias.***

***Não podemos aceitar a mudança da tela, pois necessitamos de tela Touch screen visto a necessidade de um equipamento prático e ágil para situações de urgência e emergência;***

***Não podemos aceitar substituição da tecnologia da impressora visto que a video printer preto e branco é portátil para uso a beira de leito - foco do uso do equipamento na urgência e emergência-, além os insumos para manter o funcionamento são de menor valor e mais fácil aquisição."***

Att.: Gabrielly da Silva Jesus  
Médica Diretora Clínica  
CRM/RS 50456

Portanto, o edital será retificado e o processo remarcado.

att,

Jane Walter  
Comissão de Apoio  
Superintendência de Compras e Licitações  
Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS  
Contato: (55) 3174-1501

[Texto das mensagens anteriores oculto]