



Pregão Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS &lt;pregao@santamaria.rs.gov.br&gt;

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2024 - Dúvidas

7 mensagens

camila@coremedrs.com.br <camila@coremedrs.com.br>  
Para: pregao@santamaria.rs.gov.br

13 de agosto de 2024 às 08:40

Prezada Pregoeira Jane, tudo bem?

Venho através desse e-mail sinalizar sobre o descritivo publicado para o **item 6: Raio X móvel**, a pedido da VMI Médica, marca que é representada pela Coremed aqui no RS.

As alterações que foram feitas no descritivo se referem ao modelo de Raio X fixo, como por exemplo:

- POTÊNCIA DO GERADOR: 50 KVA OU MAIOR;
- TIPO DE ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICA;

São características do Raio X fixo, sendo assim, nenhum concorrente conseguirá atender ao descritivo 100% como está restando o item fracassado.

Por gentileza, aguardo o seu retorno.

Atenciosamente,



**Camila Tarouco**

Gerente de Contas - Coremed RS

[camila@coremedrs.com.br](mailto:camila@coremedrs.com.br)

+55 51 989319892 +55 51 34666599

Rua Domingos Martins, 360 – Loja 1 - Canoas/RS

[www.coremedrs.com.br](http://www.coremedrs.com.br)



Não contém vírus.[www.avast.com](http://www.avast.com)



image001.png  
8K

---

**Pregão Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS** <pregao@santamaria.rs.gov.br>  
Para: Compras SMS <smscompras23@gmail.com>

13 de agosto de 2024 às 08:44

Bom dia.

Segue questionamento referente ao PE 50/2024.

att,

Jane AM Walter  
Comissão de Apoio  
Superintendência de Compras e Licitações  
Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS  
Contato: (55) 3174-1501

[Texto das mensagens anteriores oculto]




image001.png  
8K

---

**Pregão Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS** <pregao@santamaria.rs.gov.br>  
Para: camila@coremedrs.com.br

13 de agosto de 2024 às 08:45

Bom dia.

Visto ser um questionamento técnica, encaminharei para o setor responsável pela elaboração do termo de referência.

Att,

Jane AM Walter  
Comissão de Apoio

Superintendência de Compras e Licitações  
Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS  
Contato: (55) 3174-1501

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**camila@coremedrs.com.br** <camila@coremedrs.com.br>  
Para: Pregão Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS <pregao@santamaria.rs.gov.br>

13 de agosto de 2024 às 20:57

Muito obrigada!

Aguardo o seu retorno.

Atenciosamente,



**Camila Tarouco**

Gerente de Contas - Coremed RS

[camila@coremedrs.com.br](mailto:camila@coremedrs.com.br)

+55 51 989319892 +55 51 34666599

Rua Domingos Martins, 360 – Loja 1 - Canoas/RS

[www.coremedrs.com.br](http://www.coremedrs.com.br)

[Texto das mensagens anteriores oculto]



image001.png  
8K

---

**Setor de Compras SMS** <smscompras23@gmail.com>  
Para: Pregão Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS <pregao@santamaria.rs.gov.br>

21 de agosto de 2024 às 08:00

----- Forwarded message -----

De: **PA Patronato Municipal** <papatronatosm@yahoo.com>

Date: qua., 21 de ago. de 2024 às 07:55

Subject: Re: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2024 - Dúvidas

To: Setor de Compras SMS <smscompras23@gmail.com>

Venho através desse e-mail sinalizar sobre o descritivo publicado para o **item 6: Raio X móvel**, a pedido da VMI Médica, marca que é representada pela Coremed aqui no RS.

As alterações que foram feitas no descritivo se referem ao modelo de Raio X fixo, como por exemplo:

- POTÊNCIA DO GERADOR: 50 KVA OU MAIOR;
- TIPO DE ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICA;

São características do Raio X fixo, sendo assim, nenhum concorrente conseguirá atender ao descritivo 100% como está restando o item fracassado.

**Resposta:** Acatamos a observação realizada pela empresa, descritivos serão ajustados e retificados.

**Paulo Henrique Pierezan**

**Médico Radiologista**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Setor de Compras SMS

(55) 3174-1578

[Av. Medianeira, 355 – CEP: 97060-001](#)

CNPJ: 88.488.366/0001-00

--

Setor de Compras SMS

(55) 3174-1578

[Av. Medianeira, 355 – CEP: 97060-001](#)

CNPJ: 88.488.366/0001-00

---

**Pregão Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS** <pregao@santamaria.rs.gov.br> 21 de agosto de 2024 às 08:22  
Para: Setor de Compras SMS <smscompras23@gmail.com>, papatronatosm@yahoo.com

Bom dia

Diante das respostas, é necessário retificação do Termo de Referência com TODAS as alterações, a serem realizadas pelo responsável técnico.

Solicito que sejam reavaliadas todas as respostas de impugnações e questionamentos realizados para o referido equipamento, para que não haja equívoco.

att

Marieli Tarragó

Superintendência de Compras e Licitações

Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS

Contato: (55) 3174-1501

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Pregão Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS** <pregao@santamaria.rs.gov.br>

23 de agosto de 2024 às  
14:55

Para: camila@coremedrs.com.br

Boa tarde, Sra. Camila

Em atendimento a seu questionamento, o Médico Radiologista do Município responde da seguinte forma:

**Resposta:** Acatamos a observação realizada pela empresa, os descritivos serão ajustados e retificados. "

Tendo em vista esta e outras alterações nos Termos de Referências, comunico que a data de abertura do referido processo será adiada para 06/09/2024.

Com isto, o edital e anexos estarão disponíveis no Portal [Compras.gov.br](https://compras.gov.br) e site da Prefeitura Municipal de Santa Maria, na data da publicação, em 26/08 (segunda-feira).

att

**Marieli Tarragó**  
Superintendência de Compras e Licitações  
Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS  
Contato: (55) 3174-1501

[Texto das mensagens anteriores oculto]